

计量授权证书附件

序号 No.	授权检定 项目名称 Item of Authorized Verification	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据检定 规程编号 Number of Verification Specification Referred to
1	接触式压平眼压计	作用力：（0~80）mN 压平圆直径：3.06 mm 测量头前表面： 直径4 mm	作用力MPE： ±0.98 mN或被测 作用力的±3%（两 者取大者） 压平圆直径MPE： ±0.02 mm 测量头前表面平面 度：直径4 mm中心 区域内的平面度误 差小于3 μm	JJG 1141
2	非接触式眼压计	（0.93~6.65）kPa	示值最大允许误差： ±0.67 kPa 重复性：0.13kPa	JJG 1143
3	电力电流互感器	（0.1~5000）A/（5A，1 A）	0.1S级及以下级别	JJG 1189.3
4	电力电压互感器	（100V~220/ $\sqrt{3}$ kV）/ （100V，100/ $\sqrt{3}$ V，10 0/3V）	0.1级及以下级别	JJG 1189.4
5	机动车雷达测速仪 检定装置（目标速度 模拟装置部分）	速度范围： （10~400）km/h	速度最大允差： ±0.3 km/h（X波段 、K波段、Ka波段）	JJG 771
6	放射治疗模拟定位X 射线辐射源	（6×10 <sup>-5</sup> ~1）Gy/min	$U_{rel}$ =6%， $k$ =2	JJG 1028

-----以下空白-----