

计量器具国家型式评价实验室

计量授权证书附件

一、 国家计量器具型式评价实验室基本情况

Basic Information of National Type Evaluation
Laboratory of Measuring Instruments

实验室 所在单位 Parent Organization of the Laboratory	实验室名称 Name of Laboratory	型式评价 专用章编号 The Special Seal Number of Type Evaluation Laboratory	联系方式 Contact Information
广东省计量科学 研究院	国家称重传感器型式评价 实验室（广东）	12	地址：广东省广州市 广园中路松柏东街 30 号（510405） 广 东省东莞市石排镇东 园大道石排段 152 号 （523343） 电话：020-26297220

发证日期(到期复查)：2022-07-29
有效日期(到期复查)：2027-07-28

计量器具国家型式评价实验室
计量授权证书附件

二、国家计量器具型式评价实验室授权项目

Authorized Projects of National Type Evaluation Laboratory
of Measuring Instruments

序号 No.	开展型式评价的 计量器具名称 Name of Measuring Instruments	 测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error
1	称重传感器	1 mg~50 t	A 级、B 级、C 级、D 级

-----以下空白-----

计量器具国家型式评价实验室

计量授权证书附件

一、 国家计量器具型式评价实验室基本情况

Basic Information of National Type Evaluation
Laboratory of Measuring Instrument



实验室 所在单位 Parent Organization of the Laboratory	实验室名称 Name of Laboratory	型式评价 专用章编号 The Special Seal Number of Type Evaluation Laboratory	联系方式 Contact Information
广东省计量科学 研究院	国家称重显示器型式评价 实验室（广东）	12	地址：广东省广州市 广园中路松柏东街 30 号（510405） 广 东省东莞市石排镇东 园大道石排段 152 号 （523343） 电话：020-26297220

发证日期(到期复查)：2022-07-29
有效日期(到期复查)：2027-07-28

计量器具国家型式评价实验室
计量授权证书附件

二、国家计量器具型式评价实验室授权项目

Authorized Projects of National Type Evaluation Laboratory
of Measuring Instruments

序号 No.	开展型式评价的 计量器具名称 Name of Measuring Instruments	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error
1	数字称重显示器	(0~10000) <i>d</i>	Ⅲ、Ⅳ

-----以下空白-----

计量器具国家型式评价实验室

计量授权证书附件

一、 国家计量器具型式评价实验室基本情况

Basic Information of National Type Evaluation
Laboratory of Measuring Instruments

实验室 所在单位 Parent Organization of the Laboratory	实验室名称 Name of Laboratory	型式评价 专用章编号 The Special Seal Number of Type Evaluation Laboratory	联系方式 Contact Information
广东省计量科学 研究院	国家出租汽车计价器型式 评价实验室（广东）	12	地址：广东省广州市 广园中路松柏东街 30 号（510405） 广 东省东莞市石排镇东 园大道石排段 152 号 （523343） 电话：020-26297220

发证日期(到期复查)：2022-07-29
有效日期(到期复查)：2027-07-28

计量器具国家型式评价实验室
计量授权证书附件

二、国家计量器具型式评价实验室授权项目

Authorized Projects of National Type Evaluation Laboratory
of Measuring Instruments

序号 No.	开展型式评价的 计量器具名称 Name of Measuring Instruments	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error
1	出租汽车计价器	计数:(0.1~99999.9)r 转速: (50~1500)r /m 计时:0.01s~99h59min59s	计程 MPE:±0.5% 计时 MPE:±0.2% 切换速度 MPE:±0.5 km/h 切换速度响应时间:不大于 5 s 永久时钟 MPE:±5 s/d

-----以下空白-----

计量器具国家型式评价实验室

计量授权证书附件

一、 国家计量器具型式评价实验室基本情况

Basic Information of National Type Evaluation
Laboratory of Measuring Instruments

实验室 所在单位 Parent Organization of the Laboratory	实验室名称 Name of Laboratory	型式评价 专用章编号 The Special Seal Number of Type Evaluation Laboratory	联系方式 Contact Information
广东省计量科学 研究院	国家电能表型式评价实验 室（广东）	12	地址：广东省广州市 广园中路松柏东街 30 号（510405） 广 东省东莞市石排镇东 园大道石排段 152 号 （523343） 电话：020-26297220

发证日期(到期复查)：2022-07-29
有效日期(到期复查)：2027-07-28

计量器具国家型式评价实验室

计量授权证书附件

二、国家计量器具型式评价实验室授权项目

Authorized Projects of National Type Evaluation Laboratory of Measuring Instruments

序号 No.	开展型式评价的 计量器具名称 Name of Measuring Instruments	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error
1	直流电能表	电压：（10~1000）V 电流：（0.01~500）A	0.2 级、0.5 级、1 级、2 级
2	电子式电能表	3×(57.7 V~380 V) 3×(0.3mA~100 A) (45~65)Hz	有功准确度等级:A 级、B 级、C 级、D 级、E 级
3	电子式电能表	3×(57.7 V~380 V) 3×(0.3mA~100 A) (45~65)Hz	有功准确度等级:A 级、B 级、C 级、D 级、E 级 无功准确度等级:0.5S 级、 1S 级、1 级、2 级、3 级
4	电子式电能表	3×(57.7 V~380 V) 3×(0.3mA~100 A) (45~65)Hz	无功准确度等级:0.5S 级、 1S 级、1 级、2 级、3 级
5	电子式电能表	3×(57.7 V~380 V) 3×(0.3mA~100 A) (45~65)Hz	有功准确度等级:A 级、B 级、C 级、D 级、E 级 无功准确度等级:0.5S 级、 1S 级、1 级、2 级、3 级
6	电子式电能表	3×(57.7 V~380 V) 3×(0.3mA~100 A) (45~65)Hz	有功准确度等级:A 级、B 级、C 级、D 级、E 级 无功准确度等级:0.5S 级、 1S 级、1 级、2 级、3 级

-----以下空白-----

计量器具国家型式评价实验室

计量授权证书附件

一、 国家计量器具型式评价实验室基本情况

Basic Information of National Type Evaluation
Laboratory of Measuring Instruments

实验室 所在单位 Parent Organization of the Laboratory	实验室名称 Name of Laboratory	型式评价 专用章编号 The Special Seal Number of Type Evaluation Laboratory	联系方式 Contact Information
广东省计量科学 研究院	国家非自动衡器型式评价 实验室（广东）	12	地址：广东省广州市 广园中路松柏东街 30 号（510405） 广 东省东莞市石排镇东 园大道石排段 152 号 （523343） 电话：020-26297220

发证日期(到期复查)：2022-07-29
有效日期(到期复查)：2027-07-28

计量器具国家型式评价实验室
计量授权证书附件

二、国家计量器具型式评价实验室授权项目

Authorized Projects of National Type Evaluation Laboratory
of Measuring Instruments

序号 No.	开展型式评价的 计量器具名称 Name of Measuring Instruments	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error
1	非自动衡器	1 mg~200 t	Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
2	非自动秤 (非自行指示秤)	0.1 g~120 t	Ⅱ
3	非自动秤 (模拟指示秤)	0.1 g~60 t	Ⅲ

-----以下空白-----

计量器具国家型式评价实验室

计量授权证书附件

一、 国家计量器具型式评价实验室基本情况

Basic Information of National Type Evaluation Laboratory of Measuring Instruments

实验室 所在单位 Parent Organization of the Laboratory	实验室名称 Name of Laboratory	型式评价 专用章编号 The Special Seal Number of Type Evaluation Laboratory	联系方式 Contact Information
广东省计量科学 研究院	国家加油机型式评价实验 室（广东）	12	地址：广东省广州市 广园中路松柏东街 30 号（510405） 广 东省东莞市石排镇东 园大道石排段 152 号 （523343） 电话：020-26297220

发证日期(到期复查)：2022-07-29

有效日期(到期复查)：2027-07-28

计量器具国家型式评价实验室
计量授权证书附件

二、国家计量器具型式评价实验室授权项目

Authorized Projects of National Type Evaluation Laboratory
of Measuring Instruments

序号 No.	开展型式评价的 计量器具名称 Name of Measuring Instruments	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error
1	燃油加油机	(0.01～500)L/min	MPE:±0.30%

-----以下空白-----

计量器具国家型式评价实验室

计量授权证书附件

一、 国家计量器具型式评价实验室基本情况

Basic Information of National Type Evaluation
Laboratory of Measuring Instruments

实验室 所在单位 Parent Organization of the Laboratory	实验室名称 Name of Laboratory	型式评价 专用章编号 The Special Seal Number of Type Evaluation Laboratory	联系方式 Contact Information
广东省计量科学 研究院	国家燃气表型式评价实验 室（广东）	12	地址：广东省广州市 广园中路松柏东街 30 号（510405） 广 东省东莞市石排镇东 园大道石排段 152 号 （523343） 电话：020-26297220

发证日期(到期复查)：2022-07-29
有效日期(到期复查)：2027-07-28

计量器具国家型式评价实验室
计量授权证书附件

二、国家计量器具型式评价实验室授权项目

Authorized Projects of National Type Evaluation Laboratory
of Measuring Instruments

序号 No.	开展型式评价的 计量器具名称 Name of Measuring Instruments	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error
1	膜式燃气表	(0.01~30) m³/h	1.5 级

-----以下空白-----

计量器具国家型式评价实验室

计量授权证书附件

一、 国家计量器具型式评价实验室基本情况

Basic Information of National Type Evaluation
Laboratory of Measuring Instruments

实验室 所在单位 Parent Organization of the Laboratory	实验室名称 Name of Laboratory	型式评价 专用章编号 The Special Seal Number of Type Evaluation Laboratory	联系方式 Contact Information
广东省计量科学 研究院	国家水表型式评价实验室 (广东)	12	地址：广东省广州市 广园中路松柏东街 30 号（510405） 广 东省东莞市石排镇东 园大道石排段 152 号 （523343） 电话：020-26297220

发证日期(到期复查)：2022-07-29
有效日期(到期复查)：2027-07-28

计量器具国家型式评价实验室
计量授权证书附件

二、国家计量器具型式评价实验室授权项目

Authorized Projects of National Type Evaluation Laboratory
of Measuring Instruments

序号 No.	开展型式评价的 计量器具名称 Name of Measuring Instruments	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error
1	饮用冷水水表	DN8～DN50	1 级、2 级

-----以下空白-----